



Certificate

Bacterial genome detection June 2018
EQA of 04.06.2018

INSTAND e. V.
EQAS

Ubirer - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 0
FAX (0211) 159213 30

Durch die DAKKS akkreditiert
nach DIN EN ISO / IEC 17043,
die Akkreditierung gilt nur für den in
der Urkundenanlage D-EP-15027-02
festgelegten Umfang.

valid for 12 months

It is hereby confirmed that the listed participant has successfully
taken part in the EQAS-programs from Instand
and has fulfilled the requirements for the following analytes/parameters:

- Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae (530)
- Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis (531)
- Bakteriengenom-Nachweis - Bordetella pertussis (532)
- Bakteriengenom-Nachweis - Borrelia burgdorferi (535)
- Bakteriengenom-Nachweis - Legionella pneumophila (536)
- Bakteriengenom-Nachweis - MRSA bzw. cMRSA (539)
- Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia pneumoniae (540)
- Bakteriengenom-Nachweis - Mycoplasma pneumoniae (541)
- Bakteriengenom-Nachweis - VRE (Vancomycin-res. Enterokokken) (546)

29506
Mgr. Petra Svastova
GeneProof a.s.
Videnska 119
61900 Brno
Tschechien



Düsseldorf, 12.7.2018

Prof. Dr. Spannagl
(Director of the board)

Prof. Dr. Udo Reischl

INSTAND e. V.
RingversucheBacterial genome detection
June 2018Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 0
FAX (0211) 159213 30
17.07.2018T.29506 E
Mgr. Petra Svastova
GeneProof a.s.
Videnska 119
61900 Brno
Tschechien**530 Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis & Neisseria gonorrhoeae**

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815301	64 negative	64	+ negativ
1815302	62 pos. Ct + Go	62	+ positiv CT & GO
1815303	62 pos. Ct + Go	62	+ positiv, auch negativ, fragl. (61,63,64)
1815304	62 pos. Ct + Go	62	+ positiv CT & GO

Zertifikat erteilt / certificate granted

531 Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia trachomatis

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815311	61 positive	61	+ positiv
1815312	61 positive	61	+ positiv
1815313	61 positive	62	- negativ
1815314	61 positive	61	+ positiv

Zertifikat erteilt / certificate granted

532 Bakteriengenom-Nachweis - Bordetella pertussis

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815321	61 positive	61	+ positiv
1815322	62 B. parapertussis	62	+ negativ
1815323	62 negative	62	+ negativ
1815324	62 negative	61	+ positiv, auch negativ, fragl. (62,63)

Zertifikat erteilt / certificate granted

535 Bakteriengenom-Nachweis - Borrelia burgdorferi

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815351	62 negative	62	+ negativ
1815352	61 positive	61	+ positiv
1815353	61 positive	61	+ positiv
1815354	61 positive	61	+ positiv

Zertifikat erteilt / certificate granted

536 Bakteriengenom-Nachweis - Legionella pneumophila

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815361	62 negative	62	+ negativ
1815362	62 negative	62	+ negativ
1815363	62 negative	62	+ negativ
1815364	61 positive	61	+ positiv

Zertifikat erteilt / certificate granted

"Probe": sample number; "Ihr Ergebnis": your result; "Zielwert": expected result; "ohne Bewertung": not assessed;

INSTAND e. V.
Ringversuche**Bacterial genome detection**
June 2018Ubier - Str. 20 / PF 250211
40223 / 40093 Düsseldorf
Tel (0211) 159213 0
FAX (0211) 159213 30
17.07.2018T.29506 E
Mgr. Petra Svastova
GeneProof a.s.
Videnska 119
61900 Brno
Tschechien**539 Bakteriengenom-Nachweis - MRSA bzw. cMRSA**

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815391	61	61	+ positiv
1815392	61	61	+ positiv
1815393	62	62	+ negativ, (63)
1815394	61	62	- negativ

Zertifikat erteilt / certificate granted

540 Bakteriengenom-Nachweis - Chlamydia pneumoniae

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815401	61 positive	61	+ positiv
1815402	61 positive	61	+ positiv
1815403	62 negative	62	+ negativ
1815404	62 negative	62	+ negativ

Zertifikat erteilt / certificate granted

541 Bakteriengenom-Nachweis - Mycoplasma pneumoniae

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815411	61 positive	61	+ positiv
1815412	62 negative	62	+ negativ
1815413	61 positive	61	+ positiv
1815414	61 positive	61	+ positiv, auch negativ, fragl. (62,63)

Zertifikat erteilt / certificate granted

546 Bakteriengenom-Nachweis - VRE (Vancomycin-res. Enterokokken)

Probe	Ihr Ergebnis	Zielwert	(+ : richtig / correct - : falsch / false)
1815461	62 negative	62	+ negativ
1815462	61 Van B	61	+ positiv
1815463	61 Van A	61	+ positiv
1815464	62 negative	62	+ negativ

Zertifikat erteilt / certificate granted

"Probe": sample number; "Ihr Ergebnis": your result; "Zielwert": expected result; "ohne Bewertung": not assessed;